B BRAUN
SHARING EXPERTISE



Aesculap® AdTec® Porte-aiguilles

Catalogue

Porte-aiguilles

			Référence
DUROGRIP Porte-aiguille droit	**3.5 mm/200 mm** **3.5 mm/290 mm** **5 mm/310 mm** **5 mm/370 mm** **5 mm/420 mm**	 1:1	**PL419R** **PL418R** **PL407R** **PL404R** **PL416R**
DUROGRIP Porte-aiguille courbé à gauche	**5 mm/310 mm** **5 mm/370 mm** **5 mm/420 mm**	 1:1	**PL408R** **PL405R** **PL417R**
DUROGRIP Porte-aiguille courbé à droite	**5 mm/310 mm** **5 mm/370 mm**	 1:1	**PL413R** **PL415R**
DUROGRIP Porte-aiguille à griffes 2 x 3 dents	**5 mm/310 mm**	 1:1	**PL409R**
CROCE/OLMI DUROGRIP Porte-aiguille fenêtré	**5 mm/310 mm**	 1:1	**PL410R**
CROCE/OLMI DUROGRIP Porte-aiguille angulé	**5 mm/310 mm**		
DUROGRIP Porte-aiguille courbé à gauche	**10 mm/310 mm**	 1:1	**PL412R**

Porte-aiguilles

		Référence
Porte-aiguille, mors cranté	**5 mm/310 mm**	**PL414R**
Autre instrument à poignée axiale		
Pince à préhension pour guider l'encliquetage des agrafeuses circulaires.	**10 mm/370 mm**	**PL406R**

1:1

1:1

Porte-aiguilles

INSTRUMENTS STANDARD COMPLETS

PO550R

DUROGRIP **5 mm / 310 mm**

Porte-aiguilles avec inserts en carbure de Tungstène

1/1

PO559R

DUROGRIP **5 mm / 310 mm**

Porte-aiguilles avec inserts en carbure de Tungstène, courbe

1/1

5 mm / 310 mm

Pince pousse-noeuds

1/1

PIÈCES DÉTACHÉES

Insert	Tube externe	Poignée	
PO628R	PM973R	PO959R	PM975R Ø 5/10 mm
PO668R	PM973R	PO959R	PM975R  Ø 5/10 mm
PM654R	PM973R	PO958R	PM975R Ø 5/10 mm

PO958R

PO959R



PM953R



PM954R

PM957R



Nettoyage

- Laver à travers le canal de rincage après avoir retiré le bouchon de protection.
- L'instrument ne se démonte pas.

Entretien et maintenance





Lubrifier le mors et les trois parties métalliques dans la poignée avec une huile de lubrification adaptée.

- Nettoyer et stériliser le produit immédiatement après usage
- Pour obtenir des conseils sur le nettoyage, la désinfection et la stérilisation, suivre le mode d'emploi

Afin de maintenir la qualité et la garantie des instruments Aesculap®, seules les personnes agrées par Aesculap® sont habilitées à effectuer des réparations.
Merci de prendre connaissance de nos Conditions Générales de Service Après-Vente sur le site internet de B.Braun http://www.bbraun.fr/ et d'envoyer les produits pour réparation à : B. Braun Medical Service Technique
Tél 03 83 57 41 51 - Fax 03 83 57 41 24 Email: bbmf_adv_sav@bbraun.com

Distribué par :
B. Braun Medical | 204 avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne Billancourt - France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr
Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Fabriqué par:
Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | D 78532 Tuttlingen | Allemagne

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Edition 09/2017

Document réservé exclusivement aux professionnels de santé. Référence 301401P_20170915_20220616